

OKB informuje, že od 1.11.2017 rozšiřuje spektrum nabízených metod o NT-proBNP a anti-TSHR.

**NT-proBNP** (N-terminalni konec prohormonu natriuretickeho peptidu B) stanovujeme v séru nebo plazmě při diagnostice a monitorování léčby pacientů s kongestivním srdečním selháním nebo podezřením na něj.

**Vyšetření hradí pojišťovna 12x ročně z indikace kardiologa, omezení frekvence 1x denně!**

Podle doporučení České kardiologické společnosti byly cut-off hodnoty podporující kardiální dysfunkci stanoveny na **125 pg/ml** pro chronické srdeční selhání a **300 pg/ml** pro akutní srdeční selhání. Metodika – heterogenní imunoanalýza, přístroj Cobas firmy Roche.

**Pokyny pro odběr:** srážlivá krev (lze společná zkumavka s ostatními metodami), požadavek zřetelně dopsat do žádanky. Dostupné i statim.

Další informace na:

[http://www.roche-diagnostics.cz/content/dam/diagnostics\\_czechrepublic/cs\\_CZ/documents/Labor\\_Aktuell/LA2017/LA01\\_17/LA\\_kardio\\_Special2017\\_prolink.pdf](http://www.roche-diagnostics.cz/content/dam/diagnostics_czechrepublic/cs_CZ/documents/Labor_Aktuell/LA2017/LA01_17/LA_kardio_Special2017_prolink.pdf)

[http://www.kardio-cz.cz/data/upload/doporucene\\_postupy/2016/Doporucene\\_postupy\\_pro\\_diagnostiku\\_a\\_lecbu\\_akutniho\\_a\\_chronickeho\\_srdecniho\\_selhani\\_2016.pdf](http://www.kardio-cz.cz/data/upload/doporucene_postupy/2016/Doporucene_postupy_pro_diagnostiku_a_lecbu_akutniho_a_chronickeho_srdecniho_selhani_2016.pdf)

<http://objednavky.roche-diagnostics.cz/objednavky/info/04842464190p.pdf>

**Anti-TSHR (TRAK)** = protilátky proti receptoru TSH v séru se používají při diferenciální diagnostice a monitorování léčby Gravesovy choroby. Cut-off hodnota pro pozitivitu je **1,75 IU/l** při senzitivitě 96% a specifitě 99%. Metodika – elektrochemiluminiscenční imunoanalýza, přístroj Cobas firmy Roche. Provádíme 1x týdně.

**Pokyny pro odběr:** srážlivá krev (lze společná zkumavka s ostatními metodami), požadavek zřetelně dopsat do žádanky.

Další informace na:

[http://www.roche-diagnostics.cz/content/dam/diagnostics\\_czechrepublic/cs\\_CZ/documents/Labor\\_Aktuell/LA2015/LA0115/Autoprotilatky\\_Klimicek.pdf](http://www.roche-diagnostics.cz/content/dam/diagnostics_czechrepublic/cs_CZ/documents/Labor_Aktuell/LA2015/LA0115/Autoprotilatky_Klimicek.pdf)

<http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2011/2011-1/dop-thyreo.pdf>

[http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2013/2013-1/abstrakta/KBM\\_1\\_2013\\_dopor.pdf](http://www.cskb.cz/res/file/KBM-pdf/2013/2013-1/abstrakta/KBM_1_2013_dopor.pdf)

<http://objednavky.roche-diagnostics.cz/objednavky/info/04388780190p.pdf>

Prosíme uživatele MISE o kontrolu správnosti přenosu výsledků, jednotek a referenčních mezí ve svých počítačích.

30.10.2017

MUDr. Soňa Macháčová

[machacova@nemvy.cz](mailto:machacova@nemvy.cz), tel.: 517 315 444